



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM UZDROWISKOWE „BRISTOL”
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W KUDOWIE-ZDROJU**

ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340

Telefon: +48 74 8661-201 (repcja)
+48 74 8661-202 (sekretariat)
Fax: +48 74 8661-203

e-mail: recepcja@sankud.pl
e-mail: info@sankud.pl
Internet: www.sankud.pl

Kudowa-Zdrój dnia 01. Kw. 2021.....

Nr sprawy ZP/2310/01/ZRL/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: **SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA Kudowie-Zdroju** zaprasza do złożenia oferty na dostawy/usługi/robót budowlanych*.
2. Nazwa przedmiotu zamówienia:
„Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju”
3. Opis przedmiot zamówienia:

1) Część nr 1: Łóżko do hydromasażu na sucho - 1 szt.

Lp.	OPIS SPRZĘTU
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, posiadające rok produkcji 2020 lub 2021.
2.	Urządzenie przeznaczone do zabiegów hydromasażu i termoterapii bez kontaktu pacjenta z wodą.
3.	Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej bez konieczności podłączania wody i bez konieczności wykonywania przyłączy hydraulicznych.
4.	Urządzenie powinno zapewniać zarówno masaż całego ciała jak i wybranego odcinka ciała.
5.	Minimum 7 gotowych programów terapeutycznych.
6.	Automatyczny pomiar wzrostu pacjenta umożliwiający precyzyjne dostosowanie pracy do wybranych stref.
7.	Możliwość indywidualnego programowania rodzaju i ilości zabiegów, w tym minimum: technik masażu, obszaru masażu, prędkości przesuwania dysz.
8.	Zmiennociśnieniowe poduszki powietrzne masujące i stabilizujące stopy, minimum trzystopniowa regulacja ciśnienia.
9.	Otwierana pokrywa umożliwiająca izolację bodźców z otoczenia.
10.	Brak zużycia prądu do podtrzymywania temperatury wody poza godzinami pracy.
11.	Zamknięty obieg wody.
12.	Wewnętrzna jednostka chłodząca zapewniająca stałą temperaturę wody, bez konieczności podłączania wody i bez konieczności wykonywania przyłączy hydraulicznych.
13.	Siatka podtrzymująca leżysko.
14.	Leżysko składające się z maty gumowej pokrytej pokrowcem z wodoodpornego materiału, z możliwością dezynfekcji przy pomocy ogólnie dostępnych środków.
15.	Zasilanie 230 V, 50Hz.
16.	Wymiary maksymalnie: długość 230 cm, szerokość 85 cm.
17.	Waga urządzenia max 240 kg, po napełnieniu wodą max 460 kg
18.	Urządzenie powinno spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186).

2) **Część nr 2: Katedra natryskowa – 1 szt.**

Lp.	OPIS SPRZĘTU
1.	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, posiadające rok produkcji 2020 lub 2021.
2.	Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego GFK wzmocnianego włóknem szklanym.
3.	Konstrukcja wsparta na czterech nogach o regulowanej wysokości.
4.	Dwie niezależne ruchome dysze zabiegowe.
5.	Dwa mieszalniki termostatyczne.
6.	Dwa manometry.
7.	WYMIARY KATEDRY - długość: 720mm (\pm 100 mm) - szerokość: 1100mm (\pm 100 mm) - wysokość: 1000mm (\pm 100 mm) - waga: ok. 25 – 45 kg
8.	Możliwość wyboru koloru urządzenia zgodnie z paletą RAL (min. 9 kolorów)
9.	Urządzenie powinno spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186).

3) **Część nr 3: EKG – 1 szt.**

Lp.	Opis sprzętu
1	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, posiadające rok produkcji 2020 lub 2021.
2	Rejestracja min. 12 standardowych odprowadzeń <u>EKG</u>
3	Podczas badania automatycznego funkcja zapisu do wewnętrznej pamięci sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu
4	Wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia
5	Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania <u>EKG</u>
6	Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG
7	Wydruk 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG
8	Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG
9	Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
10	Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD o przekątnej min 4” z pojemnościowym ekranem dotykowym
11	Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) - wyniki interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta
12	Pamięć ostatnich badań automatycznych z ustawialnym limitem od 5 do 1000
13	Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej
14	Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu
15	Automatyczna detekcja zespołów QRS
17	Filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz
18	Filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz
19	Filtr izolacji; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz
20	Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody
21	Wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca
22	Grubość wydruku linii krzywych EKG do wyboru: normalna lub pogrubiona
23	Prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera

24	Menu w języku polskim.
25	Zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC z oprogramowaniem CardioTEKA w celu przesyłu sygnału EKG w czasie rzeczywistym
26	Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń
27	Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym
28	Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku
29	Badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu
30	Funkcje oszczędności energii akumulatora
32	Waga: < 0,6 kg
33	Urządzenie powinno spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186).
34	Dodatkowe wyposażenie:
	Elektrody kończynowe 4 sztuki (typ EKK)
	Elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP)
	Kabel EKG KEKG-30R
	Zasilacz sieciowy medyczny M12-15
	Papier RB1 szerokość 58 mm (1 rolka)
	Żel do EKG
	Instrukcja użytkowania w języku polskim

4) **Część nr 4: Lampa bezcieniowa – 1 szt.:**

Lp.	Opis sprzętu
1	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, posiadające rok produkcji 2020 lub 2021.
2	Dodatkowe akcesoria Jednorazowa osłona
3	Opcje montażu Montaż na stole / ścianie, mobilny stojak
4	Kabel zasilając # 18 AWG, 3-żyłowy zestaw przewodów z uziemieniem, długość 2,5 m (8')
5	Wejście 100-240 V~ 50 Hz-60 Hz, 0.65 A max
6	Wielkość plamy świetlnej 15 cm do 18 cm
7	Odległość pracy 30.5 cm do 50 cm
8	Żywotność LED min 50.000 godzin
9	Natężenie światła Ustawienie wysokiej intensywności: Odległość 12 cali: 75 000 luksów (6967 stóp) Odległość 20 cali: 40000 luksów (3716 stóp) Ustawienie niskiej intensywności: Odległość 12 cali: 55 000 luksów (5,109 stóp) Odległość 20 cali: 30000 luksów (2787 stóp)
10	Temperatura koloru 5,500° K
11	Liczba diod LED 3 białe diody LED
12	Urządzenie powinno spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186).

5) **Część nr 5: Nebulizator – 1 szt.:**

Lp.	Opis sprzętu
1	Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, posiadające rok produkcji 2020 lub 2021.
2	Dwie maski w wersji Soft Touch z reduktorem dyspersji
3	MMAD wg. nowej normy EN13544-1: 2,21 m - 2,95 m
4	Fracja respirabilna < 5 m (FPF)%: 84,2% - 74,7%
5	Średni czas nebulizacji 2 ml leku: 3 minuty w ustawieniu MAX, 11 minut w ustawieniu MIN
6	Tryb pracy: ciągły
7	Głośność: 55 db (A)

8	Szybkość nebulizacji/podawania: 0,65 ml - 0,18 ml
9	Wydajność kompresora: 14 l/min
10	Przepływ powietrza z nebulizatora: 8,2 l/min - 6,8 l/min
11	Ciśnienie robocze z nebulizatora: w zależności od ustawień inhalatora
12	Ciśnienie maksymalne: 3,50,5 bar
13	Minimalna podawana objętość leku: 2 ml
14	Maksymalna podawana objętość leku: 8 ml
17	Urządzenie powinno spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186).
18	Skład zestawu: inhalator, przewód powietrzny 2m, maska dla dorosłych, maska dla dzieci, filtr, ustnik

4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Umowa dotyczy *Części nr 1 i 2*.
5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
8. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
 - 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
 - 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 - 4) zdolności technicznej lub zawodowej.
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, posiadający rok produkcji 2020 lub 2021, spełniający wymagane przez zamawiającego parametry techniczne, znajdujący się w stanie nieuszkodzonym, sprawny technicznie, spełniający wymagane polskim prawem normy oraz wolny od wad prawnych.
10. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie transportem na koszt i ryzyko wykonawcy.
11. Wykonawca zobowiązany na własny koszt zrealizować dostawę, montaż i rozruch urządzeń wraz z wymaganym szkoleniem personelu zamawiającego w zakresie działania i obsługi urządzeń oraz podstawowych napraw i diagnostyki usterek dostarczonych urządzeń. Dotyczy Części nr 1 i 2.
12. Urządzenia powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186).
13. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokół odbioru sporządzony zostanie po przeprowadzeniu prób i sprawdzeniu poprawności działania sprzętu. Protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron stanowi potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy. Dotyczy Części nr 1 i 2.
14. Miejsce dostawy i montażu – *Części nr 1 i 2*:
Zakład Rehabilitacji Leczniczej
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskie Bristol MSWiA w Kudowie – Zdroju
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój.
15. Miejsce dostawy – *Części nr 3, 4 i 5*:
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskie Bristol MSWiA w Kudowie – Zdroju
ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój.

16. Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot: CPV 33100000-1 – urządzenia medyczne.

CPV 33150000-6 urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii.

CPV 33123200-0 urządzenia do elektrokardiografii.

17. Zamówienie podzielone jest na części:

- 1) **Część nr 1:** „*Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego - Łóżko z hydromasażem na sucho – 1 szt.*”;
- 2) **Część nr 2:** „*Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego – Katedra natryskowa – 1 szt.*”;
- 3) **Część nr 3:** „*Dostawa sprzętu medycznego – EKG – 1 szt.*”;
- 4) **Część nr 4:** „*Dostawa sprzętu medycznego - Lampa bezcieniowa – 1 szt.*”;
- 5) **Część nr 5:** „*Dostawa sprzętu medycznego- Nebulizator – 1 szt.*”.

18. Termin realizacji zamówienia: **5 tygodni od daty podpisania umowy.**

19. Termin płatności Zamawiający ustala na **30 dni** od daty otrzymania Faktury.

20. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów niezłożonych razem z ofertą.

21. Wykonawca zapoznaje się z klauzulą informacyjną w zakresie RODO - załącznik nr 3.

22. Sposób przygotowania oferty:

- 1) Wykonawca składa tylko jedną ofertę;
- 2) ofertę można złożyć na dowolną ilość części;
- 3) oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym wg. załączonego wzoru – zał. nr 1;
- 4) do oferty należy dołączyć załączniki w formie pisemnej;
- 5) oferta i załącznik powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
- 6) kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być podpisane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy;
- 7) wykonawca **podpisuje każdą stronę oferty i załączników**. Podpis powinien identyfikować osobę, która złożyła podpis. Parafa nie jest podpisem.
- 8) jeżeli oferta i załączniki są podpisane przez inną osobę, to należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonyj przez notariusza (jeżeli dotyczy).

23. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) została złożona po terminie składania ofert;
- 2) jej treść nie odpowiada zapytaniu ofertowemu;
- 3) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
- 4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

24. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- 1) oferty wraz załącznikami składane są w formie pisemnej;
- 2) pytania i odpowiedzi, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać drogą elektroniczną na adres: przetargi@sankud.pl

25. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej:

- 1) cena oferty brutto, zawierająca całkowity koszt wykonania przedmiotowego zamówienia, tj. wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z jego realizacją, w zakresie koniecznym do jego właściwego wykonania oraz do usunięcia ewentualnych usterek;
 - 2) cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
26. Na ofertę składa się :
- 1) wypełniony Formularz ofertowy – wg. zał. nr 1 - *(podpisany przez wykonawcę)*;
 - 2) karty katalogowe/specyfikacje wraz z opisami technicznymi, potwierdzające parametry techniczne urządzeń – zał. nr - *(podpisane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę)*;
 - 3) dokumenty potwierdzające, że urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) - *(podpisane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę)*;
 - 4) o świadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wg. zał. nr- *(podpisany przez wykonawcę)*.
27. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Zamawiający pobierze samodzielnie na podstawie danych w formularzu ofertowym.
28. Miejsce i termin złożenia oferty:
- 1) ofertę w formie pisemnej można złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju, Sekretariat p. 32 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „**Dostawa sprzętu medycznego**” Nie otwierać przed terminem 14.04.2021 r. lub
 - 2) przesłać za pomocą operatora pocztowego lub kuriera;
 - 3) termin składania ofert do dnia 14.04.2021 r. godz. 13:00;**
 - 4) oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta.
 - 5) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
29. Miejsce i termin otwarcia ofert:
- 1) miejsce otwarcia ofert: **SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju, ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój, sala 314;**
 - 2) **termin otwarcia ofert: 14.04.2021 r. godz. 14:00.**
30. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
- 1) osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest Pani/Pan:
Część nr 1 i 2 - Grono Katarzyna tel. 74 63 26 107;
Część nr 3, 4 i 5 – Kopeć Dorota tel. 74 63 26 102.
 - 2) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego za pomocą maila na adres: przetargi@sankud.pl
31. Wybór najkorzystniejszej oferty:
- 1) najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji przedmiotu zamówienia;
 - 2) ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu;
 - 3) w odniesieniu do wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu zamawiający dokonana oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
 - a) **cena - 80,**
 - b) **okres gwarancji - 20,****Ad. a)** Dla kryterium cena, dla którego ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

Wartość oferty o najniższej cenie

$$Kc = \frac{\text{Wartość oferty o najniższej cenie}}{\text{Wartość badanej oferty}} \times 80 \text{ pkt}$$

Wartość badanej oferty

Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 60,00 pkt.

Ad. b) Dla kryterium okres gwarancji, dla którego ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

$$Kg = \frac{\text{Okres gwarancji oferty badanej}}{\text{Najdłuższy okres gwarancji}} \times 20 \text{ pkt}$$

- c) **Kc** – liczba punktów w kryterium CENA,
- d) **Kg** – liczba punktów w kryterium OKRES GWARANCJI,
- e) $L_{pbo} = Kc + Kg$ – liczba punktów badanej oferty,
- f) okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 m-ce,
- g) za okres gwarancji 36 m-cy i powyżej zostanie przyznana maksymalna ilość punktów tj. 20 pkt.,
- h) wykonawca w ofercie podaje okres gwarancji liczbach całkowitych,
- i) wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych w formularzu ofertowym – zał. nr 1,
- j) w przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona.

- 4) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium okresu gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych;
- 5) wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach;
- 6) obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

32. Informacje o formalnościach.

- 1) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie;
- 2) zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą;
- 3) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny;
- 4) do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych;
- 5) niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

33. Podczas badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień.

34. Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

35. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- 3) odrzucono wszystkie oferty;

- 4) w przypadkach, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
 - 5) w przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy oferta.
36. Zamawiający niezwłocznie powiadamia mailem uczestników postępowania o jego wyniku lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru.

W załączeniu:

- 1) Formularz ofertowy – zał. nr 1;
- 2) Projekt umowy – zał. nr 2;
- 3) Klauzula informacyjna w zakresie RODO – zał. nr 3;
- 4) o świadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zał. nr 4;

DYREKTOR
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego
BRISTOL / MIAŁA S. KOCZOŁA / DR.
(podpis i pieczęć dyrektora)
Tomasz Koczol