

PARAMETRY TECHNICZNEPrzedmiot zamówienia: **Wanna do kąpielii CO2 z hydromasażem**

Nazwa Wykonawcy

Producent

Nazwa i typ

Rok produkcji: 2007

L.p.	Opis parametru	Wartość Wymagana	Wartość * oferowana
1	Wanna do kąpielii kwasowęglowej z hydromasażem – fabrycznie nowa	Tak	
2	Wanna wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym	Tak	
3	Przyłącza do saturatora	Tak	
4	System automatycznego napełniania do wybranego poziomu	Tak	
5	System zabezpieczenia pompy przed pracą na sucho	Tak	
6	System dezynfekcji	Tak	
7	Dysze boczne (8 dysz: 4 dysze na 1 stronę)	Tak	
8	Dysze na kręgosłup – 3 szt	Tak	
9	Elektroniczne sterowanie umożliwiające: -włączenie urządzenia -ustawienie czasu zabiegu -automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu	Tak	
10	Uchwyty boczne dla pacjenta – 2szt	Tak	
11	Schodki do wanny dwustopniowe wykonane z tworzywa sztucznego – 1 szt.	Tak	
12	Zagłówek dla pacjenta – 1 szt	Tak	
13	Wymiary (dł x szer x wys):	2080x840x700mm	
14	Pojemność całkowita	250l	
15	pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, 1,5kW	Tak	
16	Gwarancja	min 36 miesięcy	

* - należy wypełnić kolumnę

Podpis Wykonawcy